Руководство по эксплуатации

Преобразователь (адаптер) OMRON AC ADAPTER-E1600

Предназначен для питания
от электрической сети с напряжением 220V
автоматических тонометров

OMRON MIT Elite, MIT Elite Plus и SpotArm i-Q142

ME20

СиЭс МЕДИКА

Эксклюзивный дистрибьютор и импортер
медицинской техники OMRON в России

Благодарим Вас за покупку!

Адаптер соответствует всем требованиям безопасности, предусмотренным законодательством РФ.
СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р РОССТАНДАРТ РОССИИ:
Сертификат соответствия: № РОСС JP.ME20.B07357 от 09.11.2012 г.
Срок действия до 09.11.2015 г.
Орган по сертификации средств информатизации, приборо-строения, медицинской техники и электрооборудования (ОС «Сертинформ ВНИИНМАШ»)
Соответствуют требованиям: ГОСТ Р МЭК 60065-2005,
ГОСТ Р 51318.14.1-2006 (СИСПР 14-1-2005),
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-3-2-2005),
ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3-2005)

Срок службы – 7 лет.

Правила пользования

1. Соедините штекер адаптера с гнездом внешнего питания измерителя артериального давления.
2. Подсоедините силовую вилку адаптера к розетке внешней электрической сети.

Меры предосторожности

1. Не допускайте сгибов, переломов шнура адаптера.
2. Не допускайте проникновения влаги в корпус адаптера.
3. Не производите самостоятельную разборку или ремонт адаптера.
4. Не оставляйте адаптер включенным в сеть на длительное время.

В случае обнаружения дефекта, обращайтесь в гарантийную мастерскую.

Технические характеристики

Модель . . . . . .OMRON AC ADAPTER-E1600
Входные параметры . . . . . .100-240 V, 50/60Hz/350 mA
Выходные параметры 6V DC/1600mA

Комплект поставки

Адаптер	— 1 шт.
Упаковка	— 1 шт.
Руководство по эксплуатации	— 1 шт.

ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

1. Адаптер сетевой модель OMRON AC ADAPTER-E1600 предназначен только для электропитания автоматических осциллометрических измерителей артериального давления OMRON MIT Elite, MIT Elite Plus и SpotArm i-Q142 и не может использоваться для электропитания других электрических приборов.
2. В соответствии с ГОСТ 13109-67 допускается отклонение напряжения электросети в диапазоне ± 5%. Кроме того, низкое качество электроэнергии определяет нахождение рядом с Вами импульсивных потребителей электроэнергии (электросварка, мощное зарядное устройство, электротранспорт), которые могут вызвать импульсные перенапряжения на входе адаптера и выход адаптера из строя.
3. Если исключить несанкционированное и ненадлежащее использование адаптера и обеспечить необходимое качество электроэнергии, адаптер сетевой модель OMRON AC ADAPTER-E1600 показывает долговременную и надежную работу, полностью исключающую выход из строя.

Если условиями электроснабжения не выполняется пункт 2, мы рекомендуем:

- обратиться в Энергонадзор Вашего района, который должен обеспечивать качество электроэнергии потребителю в соответствии с ГОСТом.
- если Энергонадзор не может обеспечить необходимое качество электроэнергии, необходимо обеспечить питание адаптера через дополнительный сетевой стабилизатор на выходное напряжение 220 V ± 5%.

Надлежащая утилизация прибора (использованное электрическое и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот прибор от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе или к местным органам власти для получения подробной информации о том куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки. Данный прибор не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.

Данный прибор не содержит никаких вредных веществ.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: OMRON Healthcare Co., Ltd. (Japan)
(ОМРОН Хелскэа Ко., Лтд.(Япония))
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002, JAPAN
(53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, Киото, 617-0002, ЯПОНИЯ)
на производственном подразделении OMRON DALIAN Co., Ltd., China
(ОМРОН ДАЛЯНЬ Ко., Лтд., КНР) Economic & Technical Development Zone № 3
Song Jiang Road, Dalian 116600, P.R. China (Экономик энд Текникал Девелопмент
Зоне № 3 Сонг Янг Роуд, Далянь 116600, КНР)
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕ:
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. (ОМРОН ХЭЛСКЭА ЕВРОПА Б.В.)
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS
(Скорпиус 33, 2132 ЛР Хуфддорп, НИДЕРЛАНДЫ)
www.omron-healthcare.com

ЗАО «КомплектСервис» – эксклюзивный дистрибьютор
и импортер медицинской техники OMRON в России

Юридический адрес: 127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3

По вопросам реализации и закупок обращайтесь по адресу:
125413, Москва, ул. Солнечногорская, д. 4
Тел/факс: (495) 987-18-92, 987-18-93

По вопросам сервиса обращайтесь по адресу:
127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3
Тел/факс: (495) 221-73-45 (многоканальный)

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

E-mail: info@csmedica.ru, service@csmedica.ru (сервисный центр)
www.csmedica.ru

Гарантийный талон

Дата продажи _____

Штамп магазина

Подпись продавца _____

Изделие во всех режимах работы
проверялось в присутствии покупателя

Подпись покупателя _____

СРОК ГАРАНТИИ 24 МЕСЯЦА

D14.M03.G2013